

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านกายภาพบำบัดได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการเชิงประจักษ์บ่งชี้ถึงประโยชน์เชิงสุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในระดับสากล รวมถึงประเทศไทยได้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้พลังงานทางฟิสิกส์ (Physics) รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้กลไกทางฟิสิกส์ (Physics) ใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดผลในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์ การบำบัดรักษาความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย ดังนั้น เพื่อให้การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับในระดับสากล ตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการกายภาพบำบัด จึงเห็นสมควรกำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัดเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “วิชาชีพกายภาพบำบัด” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑/๑ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙

“ข้อ ๑/๑ ในข้อนี้

“เครื่องมือกายภาพบำบัด” หมายความว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้พลังงานทางฟิสิกส์ (Physics) รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกาย เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด อันก่อให้เกิดผลในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์ การบำบัด

ความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกันการแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย

กำหนดให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด

๑. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยความร้อนตื้น (superficial heat) เช่น อุปกรณ์ประคบร้อน (hot pack) แผ่นให้ความร้อน (electric heating pad) ตู้อบไอน้ำ (steam bath cabinet)

๒. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยความเย็น (cryotherapy) เช่น อุปกรณ์ประคบเย็น (cold pack) เครื่องพ่นกระแสมเย็น (cryotherapy) ห้องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (cryotherapy chamber)

๓. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยน้ำ (hydrotherapy or immersion hydrobath)

๔. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าตรง เช่น เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ (transcranial Direct Current Stimulation หรือ tDCS)

๕. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ตซ์

๖. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ เฮิร์ตซ์

๗. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่มากกว่า ๖,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (radio-frequency)

๘. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยไฟฟ้าสถิต (static electricity)

๙. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยสนามแม่เหล็ก (magnetotherapy) เช่น เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะ (Transcranial Magnetic Stimulation หรือ TMS) เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral Magnetic Stimulation หรือ PMS)

๑๐. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยแสง หรือรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว (non-ionized radiation therapy) เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยรังสีอินฟราเรด (infrared) เครื่องมือหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (high power laser)

๑๑. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยพลังงานกล (mechanotherapy) เช่น เครื่องนวด (massager) เครื่องสั่นสะเทือน (vibrator) เครื่องมือที่ใช้ความดันในการบำบัด (pressure-applying device) เครื่องมือหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave therapy) เครื่องมือหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยอัลตราซาวด์ความเข้มสูง (High Intensity Focused Ultrasound)
๑๒. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยการออกกำลังกาย (exercise therapy)”

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พัฒนา พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข